

Lublin, dnia 28 września 2020 r.

SzNSPZOZ.N-ZP-3721-16/20/PW

### Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W związku ze skierowanymi wnioskami o wyjaśnienie treści SIWZ na dostawę drobnego sprzętu medycznego (zestawy nierozstrzygnięte) - znak sprawy: SzNSPZOZ.N-ZP-3721-16/20/PW, Zamawiający udziela odpowiedzi:

**Pytanie 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 2:** Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pytanie 3:** Dotyczy Zestaw 5 poz. 2. Czy Zamawiający ma na myśli test z przesuwalną substancją wskaźnikową o odczycie w dwóch niezależnych okienkach, co umożliwi łatwy i jednoznaczny odczyt skuteczności przeprowadzonego procesu?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 4:** Dotyczy Zestaw 5 poz. 5. Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na każdym teście kontroli dezynfekcji termicznej znajdowało się oznaczenie normy odpowiedniej dla testów mycia i dezynfekcji, tj. ISO 15883?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga aby na każdym teście kontroli dezynfekcji termicznej znajdowało się oznaczenie normy odpowiedniej dla testów mycia i dezynfekcji, tj. ISO 15883.

**Pytanie 5:** Dotyczy Zestaw 6 Poz. 2. Czy Zamawiający potwierdza, że miał na myśli holder kompatybilny z testami z zestawu 5 pozycja 4?

**Odpowiedź:** Zamawiający miał na myśli holder kompatybilny z testami z zestawu 5 poz. 4.

**Pytanie 6:** Dotyczy Zestaw 7 poz. 2. Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia razem z testami biologicznymi kompatybilnego inkubatora czy posiada już odpowiedni?

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje dostarczenia kompatybilnego inkubatora.

**Pytanie 7:** Dotyczy Zestaw 7 poz. 4. Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na test kontroli wsadu typu Helix o średnicy 2 mm i długości 30 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na test kontroli wsadu typu Helix o średnicy 2 mm i długości 30 cm.

**Pytanie 8:** Pytanie dot. § 9 Umowy. Czy Zamawiający zmieni § 9 ust. 2, poprzez nadanie mu następującej treści:




2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. w wysokości 0,3% wartości brutto zamówienia za każdy roboczy dzień zwłoki w dostawie towaru i/lub w wypełnieniu obowiązków przewidzianych w § 5.

2. w wysokości 5% wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1 umowy – w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego wskutek okoliczności za które odpowiada Wykonawca.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

DYREKTOR  
Szpitala Neuropsychiatrycznego  
Samodzielnego Publicznego ZOZ  
  
dr n. med. Piotr Dreher

